

ディスポーザブルパルプ粉砕機及び
器具除染用洗浄器整備 仕様書

都城市郡医師会病院

詳細仕様書

構成：新規設置2台、令和7年5月と12月にそれぞれ1台ずつ納入予定。

デスポーザブルパルプ粉砕機に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1. 機能

1-1	デスポーザブルパルプ容器を汚物ごと粉砕、排水処理が可能であること。
1-2	外形寸法は幅400～600(mm)、奥行き350～600(mm)、高さ1,000～1,200(mm)の範囲内であること。
1-3	ハンズフリーでの操作が可能であること。
1-4	パルプ処理能力は1～6（個）であること。
1-5	処理時間は180秒程度であること。

2. 付属品

2-1	デスポーザブルパルプ容器を各種有すること。
2-2	専用の洗浄剤を有すること。

3. サービス体制

3-1	品質保証期間は、納入日から1年間とすること。
3-2	性能についてのカタログを提供すること。
3-3	日本語の取扱説明書を提供すること。

構成：新規設置1台、令和7年12月納入予定。

器具除染用洗浄器に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1. 機能

1-1	汚物容器を直接セットし、洗浄・消毒が可能であること。
1-2	外形寸法は幅500～600(mm)、奥行き450～650(mm)、高さ1,800mm以内で操作しやすい高さであること。
1-3	センサーまたはフットスイッチでの扉の開閉が可能であること。
1-4	洗浄ノズル（回転ノズル・固定ノズル）を有すること。
1-5	ディスプレイは日本語対応で、工程内容や槽内温度を表示できること。
1-6	洗浄プログラム機能を有すること。

2. 付属品

2-1	専用の洗浄ラックを有すること。
2-2	専用の洗浄液を有すること。

3. サービス体制

3-1	品質保証期間は、納入日から1年間とすること。
3-2	性能についてのカタログを提供すること。
3-3	日本語の取扱説明書を提供すること。