

デジタルスケール付き電動ベッド一式 仕様書

都城市郡医師会病院

詳細仕様書

構成：新規設置8台、令和7年12月納入予定。

ICU用デジタルスケール付電動ベッド一式に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1. 機能

1-1	ICUの重篤な状態の患者に対して、使用できるデジタルスケール付電動ベッド及びエアマットレスであること。
1-2	ベッド全体の高さおよびベッド傾斜角度を電動操作で調節できること。
1-3	利用者体重の上限が180kg以上であること。

2. サービス体制

2-1	品質保証期間は、納入日から1年間とすること。
2-2	性能についてのカタログを提供すること。
2-3	日本語の取扱説明書を提供すること。

構成：新規設置2台、令和7年12月納入予定。

HCU用デジタルスケール付電動ベッド一式に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1. 機能

1-1	HCUで集中治療が必要な患者に対して、使用できるデジタルスケール付電動ベッド及びエアマットレスであること。
1-2	ベッド全体の高さおよびベッド傾斜角度を電動操作で調節できること。
1-3	利用者体重の上限が180kg以上であること。

2. サービス体制

2-1	品質保証期間は、納入日から1年間とすること。
2-2	性能についてのカタログを提供すること。
2-3	日本語の取扱説明書を提供すること。

構成：新規設置10台、令和7年5月納入予定。

透析用デジタルスケール付電動ベッド一式に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1. 機能

1-1	透析治療が必要な患者に対して、使用できるデジタルスケール付電動ベッド及びエアマットレスであること。
1-2	ベッド全体の高さおよびベッド傾斜角度を電動操作で調節できること。
1-3	利用者体重の上限が180kg以上であること。

2. サービス体制

2-1	品質保証期間は、納入日から1年間とすること。
2-2	性能についてのカタログを提供すること。
2-3	日本語の取扱説明書を提供すること。

詳細仕様書

構成：新規設置2台、令和7年12月納入予定。

オーバーヘッドテーブルに関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1. 機能

1-1	ベッドの横幅に入る内幅であること。
1-2	昇降レバーを有し、天板の高さ調整が可能であること。
1-3	キャスター付きで移動が可能であること。
1-4	耐荷重は30kg以上であること。

2. サービス体制

2-1	品質保証期間は、納入日から1年間とすること。
2-2	性能についてのカタログを提供すること。
2-3	日本語の取扱説明書を提供すること。

構成：新規設置13台、令和7年12月納入予定。

ベッドサイドテーブルに関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1. 機能

1-1	脚部はコの字型として、端座位や車椅子に対応できること。
1-2	昇降レバーを有し、天板の高さ調整が可能であること。
1-3	キャスター付きで移動が可能であること。
1-4	耐荷重は30kg以上であること。

2. サービス体制

2-1	品質保証期間は、納入日から1年間とすること。
2-2	性能についてのカタログを提供すること。
2-3	日本語の取扱説明書を提供すること。