

# 詳細仕様書

構成：新規6台、令和7年5月3台納入予定、令和7年12月3台納入予定。

救急カートに関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅600×奥行450×高さ960(mm)であること。
1-2	補助天板のサイズは幅350×奥行400(mm)であること。
1-3	キャスターを有し、ストッパー付きであること。
1-4	引出しを4段有すること。
1-5	上段3段は鍵付きであること。

## 2. 付属品

2-1	心肺蘇生板、ガートル棒、酸素ボンベ架(500ℓ用)×2箇所を有すること。
-----	--------------------------------------

## 3. その他

3-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 4. 適合参考物品

4-1	品名：プラム 救急カート 型番：PR630、PR-632、PR-633 メーカー：村中医療機器(株)
4-2	同等品は、可とする。

# 詳細仕様書

構成：新規1台、令和7年12月納入予定。

手術用器械展開台に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	天板サイズ900×600(mm)であること。
1-2	天板の昇降が可能で、昇降範囲は850～1,250(mm)であること。
1-3	耐荷重は20kgであること。
1-4	キャスターを有し、ストッパー付きであること。
1-5	材質はステンレスであること。

## 2. 付属品

2-1	補助天板を2枚有すること。
-----	---------------

## 3. その他

3-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 4. 適合参考物品

4-1	品名：手術用器械展開台 型番：MW-900N メーカー：村中医療機器(株)
4-2	同等品は、可とする。

構成：新規2台、令和7年12月納入予定。

手術用器械展開台に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

#### 1. 機能

1-1	天板サイズ1,200×600(mm)であること。
1-2	天板の昇降が可能で、昇降範囲は850～1,250(mm)であること。
1-3	耐荷重は20kgであること。
1-4	キャスターを有し、ストッパー付きであること。
1-5	材質はステンレスであること。

#### 2. 付属品

2-1	補助天板を2枚有すること。
-----	---------------

#### 3. その他

3-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

#### 4. 適合参考物品

4-1	品名：手術用器械展開台 型番：MW-1200N メーカー：村中医療機器(株)
4-2	同等品は、可とする。

構成：新規2台、令和7年5月納入予定。

手術用器械展開台に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

#### 1. 機能

1-1	外形寸法は幅960×奥行480×高さ845(mm)であること。
1-2	材質はステンレス製であること。
1-3	キャスターを有し、移動が可能であること。
1-4	耐荷重は13kgであること。

#### 2. その他

2-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

#### 3. 適合参考物品

3-1	品名：ブラム ジョイントワゴン 長方形型(ジョイント2個付) 型番：JW-300 メーカー：村中医療機器(株)
3-2	同等品は、可とする。

# 詳細仕様書

構成：新規21台、令和7年5月3台納入予定、令和7年12月18台納入予定。

2段台車に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	サイズは幅560×奥行385×高さ877(mm)であること。
1-2	2段式で、手すり付きであること。
1-3	キャスターを有し、移動が可能であること。
1-4	耐荷重は100kg(棚1段あたり50kg)であること。
1-5	棚板間有効スペースは幅450×奥行340(mm)であること。

## 2. その他

2-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3. 適合参考物品

3-1	品名：組立式ユーティリティカート 型番：Y-101E メーカー：村中医療機器(株)
3-2	同等品は、可とする。

構成：新規11台、令和7年5月5台納入予定、令和7年12月6台納入予定。

2段台車に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	サイズは幅655×奥行455×高さ820(mm)であること。
1-2	キャスターを有し、移動が可能であること。
1-3	耐荷重は100kg(棚1段あたり50kg)であること。
1-4	棚板間有効スペースは幅525×奥行400(mm)であること。

## 2. その他

2-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3. 適合参考物品

3-1	品名：組立式ユーティリティカート 型番：Y-201A メーカー：村中医療機器(株)
3-2	同等品は、可とする。

# 詳細仕様書

構成：新規14台、令和7年5月2台納入予定、令和7年12月12台納入予定。

3段ワゴンに関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	サイズは幅560×奥行385×高さ877(mm)であること。
1-2	3段式で、手すり付きであること。
1-3	キャスターを有し、移動が可能であること。
1-4	耐荷重は100kg(棚1段あたり33kg)であること。
1-5	棚板間有効スペースは幅440×奥行340(mm)であること。

## 2. その他

2-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3. 適合参考物品

3-1	品名：組立式ユ-ティリティカート 型番：Y-101F メーカー：村中医療機器(株)
3-2	同等品は、可とする。

# 詳細仕様書

構成：新規5台、令和7年5月1台納入予定、令和7年12月4台納入予定。

包交車に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	サイズは幅869×奥行478×高さ907(mm)であること。
1-2	キャスターを有し、ストッパー付きであること。
1-3	本体フレームはステンレスであること。
1-4	引出しと2段式棚タイプであること。
1-5	引出し内寸は幅286×奥行410×高さ105(mm)を2個、幅286×奥行418×高さ167(mm)を2個有するこ

## 2. その他

2-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3. 適合参考物品

3-1	品名：処置・包帯交換カート 型番：CUB4-2222B メーカー：サカセ化学工業(株)
3-2	同等品は、可とする。

構成：新規10台、令和7年5月納入予定。

包交車に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

#### 1. 機能

1-1	セット外寸は幅673(850)×奥行590×高さ966(mm)であること。
1-2	キャスターを有し、移動が可能であること。
1-3	カラーはピンクであること。

#### 2. 付属品

2-1	欄干(固定式トップテーブル用L型左閉)を有すること。
2-2	マルチポケット(フリー仕様)を有すること。
2-3	レールを4つ有すること
2-4	内寸幅348×奥行248×高さ46(mm)のトレイを3枚有すること。
2-5	トップテーブル用シリコンシートを有すること。
2-6	バインダーポケットを有すること。
2-7	跳ね上げ式のサブテーブルを有すること。
2-8	サイズ幅170×奥行285×高さ410(mm)のゴミ箱(10ℓ)を有すること。

#### 2. その他

2-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

#### 3. 適合参考物品

3-1	品名：ベッドサイドカート(天板固定タイプ) 型番：C43C-B11 メーカー：サカセ化学工業(株)
3-2	同等品は、可とする。

## 詳細仕様書

構成：新規3台、令和7年5月1台納入予定、令和7年12月2台納入予定。

材料キャビネットに関して以下の要件を満たすことが望ましい。

### 1. 機能

1-1	サイズは幅1,970×奥行き537×高さ1,708(mm)であること。
1-2	本体フレームはアルミニウムであること。
1-3	トレーは幅548×奥行き348×高さ47(mm)を6個、幅548×奥行き348×高さ97(mm)を12個、幅547×奥行き347×高さ157(mm)を6個有すること。
1-4	キャスターを有し、ストッパー付きであること。
1-5	鍵付きシャッターを有すること。
1-6	カラーはピンクであること。

### 2. その他

2-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

### 3. 適合参考物品

3-1	品名：材料キャビネット 型番：MR64-AS301B メーカー：サカセ化学工業(株)
3-2	同等品は、可とする。

構成：新規1台、令和7年5月納入予定。

材料キャビネットに関して以下の要件を満たすことが望ましい。

### 1. 機能

1-1	サイズは幅1,330×奥行き537×高さ1,708(mm)であること。
1-2	本体フレームはアルミニウムであること。
1-3	トレーは幅548×奥行き348×高さ47(mm)を4個、幅548×奥行き348×高さ97(mm)を8個、幅547×奥行き347×高さ157(mm)を4個有すること。
1-4	キャスターを有し、ストッパー付きであること。
1-5	鍵付きシャッターを有すること。
1-6	カラーはピンクであること。

### 2. その他

2-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

### 3. 適合参考物品

3-1	品名：材料キャビネット 型番：MR64-AS201B メーカー：サカセ化学工業(株)
3-2	同等品は、可とする。



構成：新規1台、令和7年5月納入予定。

材料キャビネットに関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1. 機能

1-1	サイズは幅690×奥行537×高さ1,708(mm)であること。
1-2	本体フレームはアルミニウムであること。
1-3	トレーは幅548×奥行348×高さ47(mm)を2個、幅548×奥行348×高さ97(mm)を4個、幅547×奥行347×高さ157(mm)を2個有すること。
1-4	キャスターを有し、ストッパー付きであること。
1-5	鍵付きシャッターを有すること。
1-6	カラーはピンクであること。

2. その他

2-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

3. 適合参考物品

3-1	品名：材料キャビネット 型番：MR64-AS101B メーカー：サカセ化学工業(株)
3-2	同等品は、可とする。

# 詳細仕様書

構成：新規2台、令和7年12月納入予定。

滅菌器材キャビネットに関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅655×奥行533×高さ2,350(mm)であること。
1-2	トレーは幅548×奥行348×高さ47(mm)を1個、幅548×奥行348×高さ97(mm)を6個、幅547×奥行347×高さ157(mm)を1個有すること。
1-3	幅613×奥行413×高さ12(mm)の棚板を1枚有すること。

## 2. その他

2-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3. 適合参考物品

3-1	品名：滅菌器材キャビネット 型番：HP-S6122B メーカー：サカセ化学工業(株)
3-2	同等品は、可とする。

# 詳細仕様書

構成：新規1台、令和7年5月納入予定。

薬品キャビネットに関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅690×奥行537×高さ1,708(mm)であること。
1-2	トレーは幅548×奥行348×高さ47(mm)を3個、幅548×奥行348×高さ97(mm)を2個、幅547×奥行347×高さ157(mm)を2個有すること。
1-3	幅602×奥行404×高さ21(mm)の棚板を1枚有すること。
1-4	鍵付きの薬品保管庫を有し、幅186×奥行290×高さ186(mm)を1個、幅186×奥行290×高さ186(mm)を1個有すること。

## 2. その他

2-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3. 適合参考物品

3-1	品名：薬品キャビネット 型番：MR64-AS101B5B メーカー：サカセ化学工業(株)
3-2	同等品は、可とする。

## 詳細仕様書

構成：新規6台(一式)、令和7年5月納入予定。

薬品キャビネット一式に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

### 1. 機能

1-1	引違い扉付棚を2台有すること。
1-1-1	外形寸法幅900×奥行450×高さ1,050(mm)であること。
1-1-2	高さ50mmのトレイ12個、高さ100mmのトレイ10個有すること。
1-2	薬品保管庫を1台有すること。
1-2-1	外形寸法幅900×奥行450×高さ710(mm)であること。
1-2-2	薬品保管庫内：内寸法は幅364×奥行358×高さ346(mm)であること。
1-2-3	プッシュ錠付(内収納各扉)、シリンダー錠付(外収納扉)であること。
1-3	2段棚を3台有すること。
1-3-1	外形寸法は幅900×奥行450×高さ710(mm)であること。
1-3-2	内寸法は幅864×奥行449×高さ656(mm)であること。
1-3-3	棚板1枚付きであること。

### 2. 付属品

2-1	幅900×奥行450×高さ50(mm)のベースを2台有すること。
-----	----------------------------------

### 3. その他

3-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

### 4. 適合参考物品

4-1	【上段】品名：シエルピング(2台) 型番：4B51ZZ-ZA75 メーカー：(株)オカムラ 【中段】品名：薬品保管庫(プッシュ錠タイプ)(1台) 型番：L8C2AD-ZA75 メーカー：(株)オカムラ 品名：シエルピング(1台) 型番：4B51ZZ-ZA75 メーカー：(株)オカムラ 【下段】品名：メリタス棚引違い扉付(2台) 型番：L8C9ND-ZA20 メーカー：(株)オカムラ
4-2	同等品は、可とする。

# 詳細仕様書

構成：新規1台、令和7年5月納入予定。

器材ラックに関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅1,200×高さ2,150(mm)であること。
-----	-------------------------------

## 2. 付属品

2-1	幅1,200mmの棚板セットを6枚有すること。
2-2	幅1,200mmのコンセントユニットを1台有すること。

## 3. その他

3-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 4. 適合参考物品

4-1	品名：スタンダードラック 基本フレーム スタートユニット 型番：L8S8HC メーカー：(株)オカムラ
4-2	同等品は、可とする。

構成：新規1台、令和7年12月納入予定。

器材ラックに関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅1,750×奥行き650×高さ1,700(mm)であること。
1-2	材質はアルミ製であること。
1-3	棚板の外寸は幅300×奥行き600×高さ9(mm)であること。
1-4	シェルフを30枚有すること。

## 2. その他

2-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3. 適合参考物品

3-1	品名：滅菌器材ラック 型番：AR60-350 メーカー：サカセ化学工業(株)
3-2	同等品は、可とする。

# 詳細仕様書

構成：新規3台、令和7年5月1台(ピンク)納入予定、令和7年12月2台(ブルー)納入予定。

注射薬カートに関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅1,173×奥行き570×高さ1,241(mm)であること。
1-2	トレー内寸は幅249×奥行き347×高さ96(mm)を21個有すること。
1-3	キャスターを有すること。
1-4	鍵付きシャッターであること。
1-5	カラーはピンク1台、ブルー2台であること。

## 2. その他

2-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3. 適合参考物品

3-1	品名：注射薬カート 型番：C34-DNS314SB メーカー：サカセ化学工業(株)
3-2	同等品は、可とする。

構成：新規2台、令和7年12月納入予定。

注射薬カートに関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅843×奥行き570×高さ1,241(mm)であること。
1-2	トレー内寸は幅249×奥行き347×高さ96(mm)を14個有すること。
1-3	キャスターを有すること。
1-4	鍵付きのシャッターを有すること。
1-5	カラーはブルーであること。

## 2. その他

2-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3. 適合参考物品

3-1	品名：注射薬カート 型番：C34-DNS214SB メーカー：サカセ化学工業(株)
3-2	同等品は、可とする。

# 詳細仕様書

構成：新規1台、令和7年12月納入予定。

配薬台車に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅713×奥行587×高さ1,399(mm)であること。
1-2	キャスターを有すること。
1-3	引出し内寸は幅230×奥行420×高さ75(mm)を24個有すること。
1-4	鍵付きシャッターを有すること。
1-5	カラーはピンクであること。

## 2. その他

2-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3. 適合参考物品

3-1	品名：与薬カート 型番：CUA4-ALS21224B YT-9 メーカー：サカセ化学工業(株)
3-2	同等品は、可とする。

構成：新規1台、令和7年12月納入予定。

配薬台車に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅713×奥行514×高さ1,082(mm)であること。
1-2	キャスターを有すること。
1-3	引出し内寸は幅230×奥行420×高さ75(mm)を15個有し、薬袋・ボトル入れ内寸は幅202×奥行414×高230(mm)を1個有すること。
1-4	鍵付きストッパーを有すること。

## 2. その他

2-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3. 適合参考物品

3-1	品名：与薬カート 型番：CUA4-AL20915B YT-9 メーカー：サカセ化学工業(株)
3-2	同等品は、可とする。

# 詳細仕様書

構成：新規1台、令和7年5月納入予定。

病棟作業台に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅900×奥行500×高さ1,562(mm)であること。
1-2	キャスターを有すること。
1-3	トレー内寸は幅548×奥行348×高さ47(mm)を1個、幅548×奥行348×高さ97(mm)を3個、幅547×奥行347×高さ157(mm)を1個有すること。
1-4	トレーは両側からの取り出しが可能であること。
1-5	ハンガーを有し、フック数は6個であること。

## 2. その他

2-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3. 適合参考物品

3-1	品名：作業台 型番：WT-0915B-2 メーカー：サカセ化学工業(株)
3-2	同等品は、可とする。



# 詳細仕様書

構成：新規2台、令和7年12月納入予定。

点滴作業台に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅1,200×奥行き900×高さ900(mm)であること。
1-2	両面タイプであること。
1-3	600×400(mm)トレー(浅型4個、中型4個、深型2個)、300×400(mm)トレー(浅型4個、中型4個、深型2個)を有すること。
1-4	キャスター付きで、移動が可能であること。

## 2. 付属品

2-1	幅1,200×奥行き80×高さ700(mm)の両面作業台用アッパーフレームを有すること。
-----	--

## 3. その他

3-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 4. 適合参考物品

4-1	品名：点滴作業台 型番：L8SRFF-MK28/MK54 メーカー：(株)オカムラ
4-2	同等品は、可とする。

構成：新規1台、令和7年12月納入予定。

点滴作業台に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1. 機能

1-1	外形寸法は幅1,200×奥行900×高さ900(mm)であること。
1-2	両面タイプであること。
1-3	600×400(mm)トレー(上部レール：浅型2個、中型4個、引出内：深型2個)、300×400(mm)トレー(上部レール：浅型2個、中型4個、引出内：深型2個)を有すること。
1-4	キャスター付きで、移動が可能であること。

2. 付属品

2-1	幅1,200×奥行80×高さ700(mm)の両面作業台用アッパーフレームを有すること。
-----	---

3. その他

3-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

4. 適合参考物品

4-1	品名：点滴作業台 型番：L8STFF-MK28/MK54 メーカー：(株)オカムラ
4-2	同等品は、可とする。

# 詳細仕様書

構成：新規2台、令和7年5月納入予定。

パソコン台車に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅480×奥行560×高さ785～1,055(mm)であること。
1-2	昇降機能付きで、高さ調節が可能であること。
1-3	天板有効サイズは445×478(mm)であること。
1-4	有効内寸法は天板下収納スペース：372×252×55(mm)、トレー：325×225×75(mm)であること。
1-5	キャスターを有し、ストッパー付きであること。
1-6	耐荷重は10kgであること。

## 2. 付属品

2-1	幅365×奥行275×高さ80(mm)のピンクトレーを2枚有すること。
-----	-------------------------------------

## 3. その他

3-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 4. 適合参考物品

4-1	品名：ナースカート 型番：7-4313-03 メーカー：ナビス
4-2	同等品は、可とする。

# 詳細仕様書

構成：新規2台、令和7年12月納入予定。

点滴台に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	シリンジポンプ、輸液ポンプ搭載可能な点滴台であること。
1-2	キャスターを有し、ストッパー付きであること。
1-3	高さの調節が可能であること。
1-4	最大14台のポンプが搭載可能であること。
1-5	フック数は4本掛けであること。

## 2. 付属品

2-1	医療用電源タップ(6個口)を2本有すること。
-----	------------------------

## 3. その他

3-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 4. 適合参考物品

4-1	品名：インフュージョンカート 型番：TER-0001-60 デュアル メーカー：GCXコーポレーションジャパン
4-2	同等品は、可とする。

構成：新規2台、令和7年12月納入予定。

点滴台に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1. 機能

1-1	シリンジポンプ、輸液ポンプ搭載可能な点滴台であること。
1-2	キャスターを有し、ストッパー付きであること。
1-3	高さの調節が可能であること。
1-4	最大7台のポンプが搭載可能であること。
1-5	フック数は4本掛けであること。

2. 付属品

2-1	医療用電源タップ(6個口)を1本有すること。
-----	------------------------

3. その他

3-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

4. 適合参考物品

4-1	品名：インフュージョンカート 型番：TER-0001-62 シングル メーカー：GCXコーポレーションジャパン
4-2	同等品は、可とする。

# 詳細仕様書

構成：新規4台、令和7年12月納入予定。

点滴台に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	サイズは幅505×奥行505×高さ1,450~2,550(mm)であること。
1-2	耐荷重は30kgであること。
1-3	材質はアルミ製脚5脚であること。
1-4	キャスターを有し、ストッパー付きであること。
1-5	フック数は4個掛けであること。

## 2. その他

2-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3. 適合参考物品

3-1	品名：ガートルスタンド 型番：GD-M-1 メーカー：センシンメディカル(株)
3-2	同等品は、可とする。

構成：新規36台、令和7年5月10台納入予定、令和7年12月26台納入予定。

点滴台に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	ICU, HCU, SCUで使用する点滴台であること。
1-2	サイズはφ534×1,120~2,030(mm)であること。
1-3	フック数は2本掛けであること。
1-4	キャスターを有し、ストッパー付きであること。
1-5	ダンパー機能付き、ハンドル付きであること。

## 2. その他

2-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3. 適合参考物品

3-1	品名：JUST イルリガートルスタンド 型番：JIV-2 メーカー：ナビス
3-2	同等品は、可とする。

構成：新規5台、令和7年5月2台納入予定、令和7年12月3台納入予定。

点滴台に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

#### 1.機能

1-1	サイズは(脚部)494×420×高さ1,300～2,300(mm)であること。
1-2	フック数は2本掛けであること。
1-3	支柱パイプ径はΦ25mmであること。
1-4	キャスターを6個有し、移動が可能であること。

#### 2.その他

2-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

#### 3.適合参考物品

3-1	品名：IVスタンドタイプN2 型番：13274 メーカー：ナビス
3-2	同等品は、可とする。

## 詳細仕様書

構成：新規1台、令和7年12月納入予定。

折りたたみ担架に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

### 1.機能

1-1	折りたたむことが可能で、収納できること。
1-2	サイズは幅515×長さ1,900×高さ215(mm)であること。
1-3	片側にキャスターを有すること。

### 2.その他

2-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

### 3.適合参考物品

3-1	品名：折りたたみ担架A式1型 メーカー：村中医療機器(株)
3-2	同等品は、可とする。



# 詳細仕様書

構成：新規1台、令和7年12月納入予定。

トランスファーストレッチャーに関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1.機能

1-1	外形寸法は幅660×長さ1,900×高さ550～850(mm)であること。
1-2	背上げ(0～75°無段階調節)機能、ベッドフレーム高(無段階調節)機能を有すること。
1-3	耐荷重は135kgであること。
1-4	キャスター(双輪・4輪トータルロック)を有すること。

## 2.付属品

2-1	幅550×長さ1,885×高さ55(mm)の厚手マットレスを有すること。
2-2	ガートル棒を有すること。

## 3.その他

3-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 4.適合参考物品

4-1	品名：メディストレッチャー-2 型番：MY-MDST022 メーカー：松吉医科器械
4-2	同等品は、可とする。

構成：新規2台、令和7年12月納入予定。

ストレッチャーに関して以下の要件を満たすことが望ましい。

#### 1.機能

1-1	外形寸法は幅663×長さ1,930×高さ740～1,080(mm)であること。
1-2	背上げ機構付きで、0～70(°)可能であること。
1-3	キャスターは双輪でセントラルロックを有すること。
1-4	耐荷重は135kgであること。

#### 2.付属品

2-1	マットレスを有すること。
2-2	酸素ボンベホルダー、IVポールを有すること。

#### 3.その他

3-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

#### 4.適合参考物品

4-1	品名：ストレッチャー 型番：KK-726B メーカー：パラマウントベッド㈱
4-2	同等品は、可とする。

# 詳細仕様書

構成：新規6台、令和7年5月2台納入予定、令和7年12月4台納入予定。

スライダーに関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1.機能

1-1	外形寸法は幅500×長さ1,750(mm)であること。
1-2	折りたたむことが可能で、持ち運びが容易であること。
1-3	耐荷重は250kgであること。

## 2.その他

2-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3.適合参考物品

3-1	品名：スライディングボード 型番：SB202431 メーカー：シーマン(株)
3-2	同等品は、可とする。

# 詳細仕様書

構成：新規1台、令和7年5月納入予定。

歩行車に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1.機能

1-1	サイズは幅570×奥行き700×高さ920～1,120(mm)であること。
1-2	キャスターを有し、4輪自在であること。
1-3	折りたたむことができ、持ち運びが容易であること。
1-4	マット内サイズは幅390×奥行き490(mm)であること。

## 2.付属品

2-1	ポンペ(500ℓ)架を有すること。
-----	-------------------

## 3.その他

3-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 4.適合参考物品

4-1	品名：歩行車 アルコ-1型 型番：100001 メーカー：村中医療機器(株)
4-2	同等品は、可とする。

構成：新規1台、令和7年12月納入予定。

歩行車に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1.機能

1-1	サイズは幅650×奥行き640×高さ860～1,160(mm)であること。
1-2	肘受内側寸法は幅350～410×奥行き430(mm)であること。
1-3	ストッパー機能付きであること。
1-4	キャスターを有し、(前輪)100mm回旋式、(後輪)100mm固定式であること。

## 2.その他

2-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3.適合参考物品

3-1	品名：トレウォーク 型番：PTOREW12 メーカー：村中医療機器(株)
3-2	同等品は、可とする。

# 詳細仕様書

構成：新規5台、令和7年5月2台納入予定、令和7年12月3台納入予定。

車椅子に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1.機能

1-1	外形寸法は幅620×奥行975×高さ915(mm)であること。
1-2	ブレーキ付きであること。
1-3	耐荷重は100kgであること。
1-4	肘跳ね上げ式であること。

## 2.その他

2-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3.適合参考物品

3-1	品名：車いす(アルミ製)モダンBstyle 型番：KMD-B22-45-M メーカー：松吉医科器械
3-2	同等品は、可とする。

構成：新規2台、令和7年12月納入予定。

車椅子(リクライニング)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

#### 1.機能

1-1	外形寸法は幅610×奥行1,150×高さ1,220(mm)であること。
1-2	リクライニング角度は90～175°であること。
1-3	エレベーター、スイングアウト機能を有すること。
1-4	肘掛け・ヘッドサポートは脱着可能であること。
1-5	シートベルトは装備されていること。

#### 2.その他

2-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

#### 3.適合参考物品

3-1	品名：リクライニング車いす(アルミ製) 型番：RR53-N メーカー：松吉医科器械
3-2	同等品は、可とする。

構成：新規2台、令和7年12月納入予定。

車椅子(リクライニング)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

#### 1.機能

1-1	外形寸法は幅630×奥行1,180×高さ1,230(mm)であること。
1-2	リクライニング角度は100～158°であること。
1-3	耐荷重は100kgであること。

#### 2.その他

2-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

#### 3.適合参考物品

3-1	品名：ウォーターチェア メーカー：日進医療器(株)
3-2	同等品は、可とする。

# 詳細仕様書

構成：新規1台、令和7年5月納入予定。

車椅子用体重計に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1.機能

1-1	製品サイズは幅845×奥行947×高さ69～79(mm)であること。
1-2	計量台サイズは幅659×奥行704×高さ69～79(mm)であること。
1-3	ひょう量は200kgであること。
1-4	目量は0.1kg(0～149.9kg)、0.2kg(150～200kg)であること。
1-5	ACアダプタ又は電池での使用が可能であること。

## 2.付属品

2-1	専用スタンドを有すること。
2-2	ADプリンタユニット、プリンタ用紙を有すること。

## 3.その他

3-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 4.適合参考物品

4-1	品名：車いす用バリアフリースケール(検定品) 型番：AD-6106R メーカー：イー・アンド・デイ
4-2	同等品は、可とする。

# 詳細仕様書

構成：新規3台、令和7年5月1台納入予定、令和7年12月2台納入予定。

タオルウォーマーに関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅450×奥行285×高さ330(mm)であること。
1-2	庫内寸法は幅370×奥行200×高さ230(mm)であること。
1-3	庫内は2段式であること。
1-4	温度調節方式はバイメタル式サーモスタットであること。
1-5	庫内温度は70±10(℃)であること。
1-6	温度ヒューズ等の安全装置を有すること。
1-7	庫内容量は18L(65～80本)であること。

## 2. 付属品

2-1	棚皿を2個、ドレイン受けを1枚有すること。
2-2	設置台車を有すること。

## 3. その他

3-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 4. 適合参考物品

4-1	品名：タオルウォーマー 型番：JW0005 メーカー：ナビス
4-2	同等品は、可とする。



# 詳細仕様書

構成：新規1台、令和7年5月納入予定。

恒温器に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外寸法は幅410×奥行380×高さ520(mm)であること。
1-2	内寸法は幅350×奥行300×高さ360(mm)で、容量は約37Lであること。
1-3	タイマー機能を有すること。
1-4	温度精度は±0.5℃で、温度分布は±1.5℃であること。

## 2. その他

2-1	無償保証期間は、機器の稼働開始日から1年間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3. 適合参考物品

3-1	品名：インキュベーター 型番：SIB101W メーカー：SANSYO
3-2	同等品は、可とする。